

お得意様各位

アジア器材株式会社

東京都町田市森野1-27-14

TEL: 042-723-4670

FAX: 042-728-0163

マルチチューブ・マルチトランスチューブ・気管吸引Ⅱ 金型変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、この度下記商品の金型更新を行うことといたしましたのでご案内申し上げます。
品質向上を目的としたキャップのネジ構造の変更およびローレット部変更も行っております。
下記内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記



1 対象製品

①マルチチューブ全製品 ②マルチトランスチューブ全製品 ③気管吸引セットⅡ

●商品コードははじめ4桁

『4501』『4503』『4504』『4571』『4603』『4623』ではじまるすべての製品

2 従来品からの改善・変更点



【変更点①】

ローレット (キャップ横面の溝)
形状変更

【変更点②】

スクリーン構造変更

<ご注意ください！>

ネジ構造を変更したため、
従来品の本体またはキャップと
新型の本体またはキャップとは
適合が合いません。漏れの原因と
なりますのでご使用されないよう
ご注意ください。

3 商品名・商品コード・JANコード・定価について

従来品との変更は特にございません。

4 変更開始時期

令和6年1月以降 現行品の在庫がなくなり次第、順次切り替えを行わせて頂きます。

以上